



SOLUCIÓN BUFFER PH 7.01 1 L – HANNA INSTRUMENTS (MODELO HI7007/1L)

Solución de calibración de pH 7.01 de alta calidad diseñada para la calibración y verificación de electrodos de pH en entornos de laboratorio. La solución se formula conforme a las normas ISO 3696 y BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada y procedimientos controlados que garantizan estabilidad y trazabilidad. Cada frasco viene con número de lote y fecha de vencimiento, y tiene un sello hermético que preserva la integridad de la solución.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Valor de pH: 7.01 a 25 °C, con precisión de ± 0.01 pH.
- Presentación: Botella de 1 L con sello hermético y número de lote.
- Color: Verde para facilitar la identificación del estándar de pH.
- Material del envase: Plástico resistente con sello de seguridad.
- Fabricación conforme a normas ISO 3696 y BS3978.
- Trazabilidad: Valores trazables a Materiales de Referencia Estándar (SRM) del NIST.
- País de origen: Estados Unidos.
- Uso previsto: Calibración de equipos medidores de pH y control de rutina de sistemas de medición.

RECOMENDACIONES

- Antes del uso, verifique que el sello esté íntegro y que el frasco no presente daños físicos.
- Almacenar en temperatura ambiente y mantener el frasco bien cerrado cuando no esté en uso para evitar cambios por absorción de CO_2 del aire.
- Utilizar siempre equipo de medición calibrado en el mismo rango de temperatura para obtener resultados consistentes.
- No ingerir ni mezclar con otras sustancias químicas fuera de su propósito de calibración.
- Desechar de acuerdo con las normativas locales de residuos químicos una vez superada la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.